

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

Gauta (1)

2015-04-21 Nr. 20-1246



Originalas nebus siunčiamas

## LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,  
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Direktorius  
Gediminas Šveciūnas

2015-04-22

VšĮ Kauno klinicinei ligoninei

2015-04-21 Nr. (1.1.20-411)10-5755  
I 2015-03-30 Nr. 3V-783(1.14)

### DĖL INFEKUOTŲ ATLIEKŲ KENKSMINGUMO PAŠALINIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) 2015 m. balandžio 9 d. gavo iš Kauno miesto socialinių paslaugų centro persiūtą Jūsų 2015 m. kovo 30 d. raštą Nr. 3V-783(1.14) „Dėl infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimo sveikatos priežiūros įstaigose“.

Ministerija susipažinusi su Jūsų raštu informuoja, kad mikrobiologijos laboratorijoje, kurioje dirbama su 3 pavojingumo grupės mikroorganizmais, susidariusių infekuotų kenksmingumo pašalinimui negali būti naudojamas garo sterilizatorius, kurio gamintojas nenurodo atliekų kenksmingumo pašalinimo funkcijos ir šio proceso atlikimo galimybes. Pažymėtina, kad Lietuvos higienos normos HN 66:2013 Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicinių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), 8 punkte yra nurodyta, kad sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti kenksmingumo pašalinimui naudojamų įrenginių, priemonių gamintojų nustatytos naudojimo taisyklės.

Ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad Higienos normos 36 punkto nuostatos nedraudžia laboratorijoje susidariusias kenksmingas atliekas (mikroorganizmo kultūrų bei visų biologinių atliekų, susidariusių dirbant su 3 ir 4 pavojingumo grupės mikroorganizmais) kenksmingumui pašalinti perduoti į gretimame pastate (tuo pačiu adresu, kaip ir sveikatos priežiūros įstaiga) įrengtą medicininių (infekuotų) atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginį.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad infekuotos atliekos (tame tarpe ir 3 pavojingumo grupės mikroorganizmų atliekos) žymimos kodu 18 01 03\*. Šios atliekos, apdorotos medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose, laikomos nepavojingomis atliekomis ir žymimos kodu 18 01 04 bei perduodamos atliekų tvarkymo įmonei.

Sveikatos apsaugos viceministrė

Jadvyga Zinkevičiūtė

